

PARTIKELMESSGERÄT

AMTLICHE MESSUNG

Grenzwert : 250'000 #/cm³

Verstrichene Verfahren-Zeit: 46 (s)

Messung N°1 : < 5'000 #/cm³

Messung N°2 : 7'000 #/cm³

Messung N°3 : 11'000 #/cm³

7'000 #/cm³

ENTSCHEIDUNG : Messung bestanden

Ein oder mehrere Messwerte < 50'000 #/cm³

